



EESTI AKREDITEERIMISKESKUS  
ESTONIAN ACCREDITATION CENTRE

## LISA Elcity OÜ mõõtja erialase pädevuse tõendamise tunnistusele nr E264

### 1. Mõõtja erialane pädevus on tõendatud järgmises ulatuses:

Jrk nr.	Mõõtmine/katse	Mõõtmise-/ katse objekt	Määratav näitaja	Mõõteprotseduur
Elektripaigaldiste auditi aluseks olevad mõõtmised				
1.	Isolatsioonitakistuse mõõtmine	Elektripaigaldised	Takistus	EVS-HD 60364-6:2016 KM 01 – 2016
2.	Rikkesilmuse näivtakistuse mõõtmine			EVS-HD 60364-6:2016 KM 02 – 2016
3.	Kaitse-, PEN- ja potentsiaaliühtlustusjuhtide katkematus kontrollimine			EVS-HD 60364-6:2016 KM 03 – 2016
4.	Maandustakistuse mõõtmine			EVS-HD 60364-6:2016 KM 04 – 2016
5.	Rikkevoolukaitseseadmete rakendamise kontroll		Rakendumisaeg	EVS-HD 60364-6:2016 KM 05 – 2016

**2. Õigusakt:** MTM (vastu võetud 03.07.2015) määrus nr.86 "Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele" § 5 lg 4

**3. Mõõtmist/katsetamist teostav struktuuriüksus:** Elcity OÜ mõõtegrupp

**Tegevuskoha aadress(id):** klientide juures

**E-posti aadress:** [info@elcity.ee](mailto:info@elcity.ee)

**4. Mõõtetgevuse eest vastutavad isikud:** Ilja Karatšarov

### 5. Mõõtja kohustused seoses mõõtja erialase pädevuse tõendatud ulatusse kuuluvate mõõtmistega:

- teatada SA-le Eesti Akrediteerimiskeskus kõigist mõõtja erialase pädevuse suhtes olulistest muudatustest (organisatsiooni struktuur, protseduurid, mõõtetgevuse eest vastutavad isikud, olulised seadmed, mõõtemetodid);
- järgida pidevalt mõõtja erialasele pädevusele esitatud nõudeid ja pädevusulatust ning täita nendega seotud SA Eesti Akrediteerimiskeskus poolt esitatud nõudeid;
- põhjendatud kahtluse korral tõendatud erialase pädevusega mõõtja jätkuva pädevuse ja majandus- ja taristuministri 13.12.2018 määruse nr 64 nõuetele vastavuse suhtes võimaldada SA-l Eesti Akrediteerimiskeskus läbi viia mõõtja järelevalvekülastus.

Kristiina Saarniit  
EAK juhataja

Toomas Tiivel  
Peaassessor

Tallinn, 10.10.2020