



EESTI AKREDITEERIMISKESKUS

LISA NPM Silmet AS Energiateenistuse Metroloogiajaoskond akrediteerimistunnistusele I055
ANNEX to NPM Silmet Ltd Metrology Department of Energy Service accreditation certificate I055

1. Akrediteerimisulatus siseriikliku esma- ja kordustaatluse osas on antud tabelis.
Accreditation scope for the national initial and subsequent verification is given in the table:

Mõõtevahendite taatlus püsilabori tingimustes, Kesk 2, Sillamäe.
Verification in the permanent laboratory:

Jrk. nr.	Taatlusobjekt <i>Verification</i>	Mõõteulatus <i>Range</i>	Tagatud tõendatud täpsustase <i>Assured accuracy level</i>	Metoodika <i>Method</i>
1	Mitteautomaatkaalud <i>Non automatic weighing instruments</i>	20 mg...1 kg 2 g...3 t	II klass III klass	90/384/EMÜ; 2009/23/EÜ 2014/31/EL EN 45501; OIML R76 (1992); TM 02-01-12
2	Veearvestid <i>Watermeters</i>	DN20...DN60: (0,06...60) m ³ /h Vesi/water ≤30 °C. Ainult arvestid, mida on lubatud taadelda külma veega	Klass A; B Klass 2 T30 Vee temperatuuril, mis on kasutamisel: ≤30 °C - ±5 %/±2 % >30 °C - ±5 %/±3 %	2004/22/EÜ; 2014/32/EL 75/33/EMÜ; 79/830/EMÜ; OIML R49 (1976; 2006); OIML R72 (1985); EN 14154; TM 06-10-12
3	Soojusarvestid (sh nende alakoostud – arvutusplakk, veearvesti, temperatuuriandurite paar) SA94. <i>Heat meters</i>	Soojusvõimsus/heat power (0,03...1200) kW Temp. vahe, temp. difference (1...100) °C; Kulu/flow (0,06...60,0) m ³ /h Vesi/water ≤30 °C DN20...DN60	K1 5 K1 4	OIML R75:1988 TM 06-11-12

*Siseriiklik esmataatlus ainult juhul kui on rikutud infokleebis ja on tõendatud vastavushindamise läbimine

2. Taotleja kompetentsus on hinnatud järgmiste isikute osas. *Competence of verification personnel had been assessed for next persons:*

J.Aksalu (mitteautomaatkaalud);

D.Safronov (veearvestid; soojusarvestid).

3. NPM Silmet AS Energiateenistuse Metroloogiajaoskond vastab sõltumatuse nõuete põhjal EN ISO/IEC 17020:2012 A-tüüpi inspekteerimisorganile. *NPM Silmet Ltd Metrology Department of Energy Service has independence according to EN ISO/IEC 17020:2012 A-type requirements.*

4. Inspekteerimisasutuse akrediteeritud ala vastab EN ISO 17020:2012 nõuetele. *Inspection body is accredited against EN ISO 17020:2012 requirements.*

Antud lisa on välja antud seoses firma nime muutused, kusjuures tagatud olid akrediteerimisnõuete säilimine ning asendab 22.12.2014 Molycorp Silmet AS nimele väljaantud lisa.

This annex was issued due to change of company name without influencing the accreditation requirements and replaces annex issued on 22.12.2014 for Molycorp Silmet Ltd.

Kristiina Saarniit
Juhataja *Director*
03.01.2017

Edi Kulderknup
Peaassessor *Lead Assessor*