LISA Enefit Power OÜ akrediteerimistunnistusele nr **K020**

***ANNEX** to the accreditation certificate No **K020** of Enefit Power OÜ*

1. Kalibreerimis- ja mõõtevõime akrediteerimisulatuses on:
Calibration and measurement capability (CMC) in accreditation scope is:

Labori asukoht: Elektrijaama tee 59, Narva
Laboratory`s address:

Jrk nr *No*	Mõõdetav suurus/kalibreerimisobjekt *Measured quantity/calibration object*	Nimiväärtus või mõõtepiirkond *Nominal value or range*		Laiend-määramatus* *Expanded Measurement Uncertainty**	Meetodi lühikirjeldus ja märkused *Brief description of measurement method and remarks*
1	Vahelduvvoolu ampermeetrid *AC amperemeters*	30 mA…20 A *f* = 50 Hz		0,2 %	Võrdlemine etalonampermeetriga *Comparison with standard amperemeter* BEJ KM 02-2003 (02.08.2019)
2	Alalisvoolu ampermeetrid *DC amperemeters*	0,02 mA…20 A > (20…30) A		0,1 % 0,3 %	
3	Vahelduvpinge voltmeetrid *AC voltmeters*	5 mV…1000 V *f* = 50 Hz		0,2 %	
4	Alalispinge voltmeetrid *DC voltmeters*	5 mV…1000 V		0,1 %	
5	Oommeetrid *Ohmmeters*	10 mΩ…100 MΩ (0,1…1) GΩ		0,1 % 0,2 %	Võrdlemine etaloniga *Comparison with standard* BEJ KM 01-2003 (02.08.2019)
6	Takistusmõõdud *Measures of resistance*	10 mΩ…10 MΩ		0,1 %	
7	Vahelduvpinge 1-faasilised vattmeetrid *AC voltage wattmeters*	10W…1,5 kW *f* = 50 Hz		0,5 %	Võrdlemine etaloniga *Comparison with standard* BEJ KM 02-2003 (02.08.2019)
8	Alalispinge 1-faasilised vattmeetrid *DC voltage wattmeters*	10 mW…1,5 kW		0,2 %	
9	Elektrivoolu mõõtetrafod *Measurement current transformers*	(30/5…750/5)A	Suhtarv *Ratio* (-2…+2) % nominaalist	0,2 %	Võrdlemine etaloniga *Comparison with standard* BEJ KM 04-2008 (18.11.2016) Sagedus / *frequency* 50 Hz
			Faasinihe *Phase displace-ment* -120'…120'	10'	

* Kalibreerimisvõime on väljendatud laiendmääramatusena U (k=2). Väärtus protsentides on esitatud protsendina mõõtetulemusest (kui ei ole märgitud teisiti)

** Calibration measurement capability is expressed as expanded uncertainty U (k=2). Values expressed as percentage are from measurement result (if not described directly)*

2. Mõõtmist teostav struktuuriüksus: Elektrotehniliste mõõtmiste labor
Part of legal entity that provides measurement: Laboratory of Electrotechnical measurements

3. Labor on akrediteeritud standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuete kohaselt
Laboratory is accredited against the requirements of standard EVS-EN ISO/IEC 17025:2017

Märkus: Käesolev lisa asendab 07.08.2025 välja antud lisa seoses meetodi laiendmääramatuse täpsustamise ning akrediteeringu üleandmisega teisele juriidilisele isikule.

Note: *This annex replaces the annex issued on 07.08.2025 due to adjustments in the expanded measurement uncertainty and due to the transfer of the accreditation to another legal entity.*

Paavo Ruzitš
Katsetamise, kalibreerimise ja mõõtmise üksuse akrediteerimisjuht
EAK juhataja ülesannetes

Tallinn, 30.03.2026